Quality Control Certificate

FT4 ELISA

REF RE55241	LOT 6406B	2026-11-30 YYYY-MM-DD

Final Release Results:

	Concentration ng/dL	Measured value OD	Range OD	OD/ODmax
CAL A	0.00	1.988	> 0.795	100%
CAL B	0.50	1.736	> 0.695	87%
CAL C	1.35	1.206	> 0.480	61%
CAL D	2.40	0.673	> 0.270	34%
CAL E	4.60	0.292	> 0.115	15%
CAL F	7.60	0.117	> 0.045	6%

	Concentration found ng/dL	Acceptable range lower limit ng/dL	target ng/dL	upper limit ng/dL
BIORAD 40461	0.82	0.47	0.76	1.05
BIORAD 40462	1.93	1.22	1.74	2.26
BIORAD 40463	3.25	2.25	3.22	4.19



This product has been tested successfully by the Quality Control Department and was released for sale according to the existing specifications.

Verified by: Dr. Spangenberg

Accepted

Validation date: 2025-06-18

This document has been produced electronically and is valid without a signature.

IBL International GmbH
Flughafenstr. 52A, 22335 Hamburg, Germany

Tel.: + 49 (0) 40 532891 -0 Fax: -11
E-MAIL: ibl@tecan.com
WEB: www.tecan.com/ibl