Certificate of Analysis (CoA)

GOLD STANDARD DIAGNOSTICS

TECAN.

Product: **Parvovirus B19 IgG**

Prod.No.: **RE57281**

Lot: **PARG-200NR**

Expiry: **2026-07-31**

Component	Number	Lot	Prod. Date	Expiry Date
MTP	1	MG0370-200	2025-01	2026-07-31
CONJ	1	KG0370-200	2025-01	2026-07-31
CONTROL -	1	NG0370-200	2025-01	2026-07-31
CUT OFF	1	CG0370-200	2025-01	2026-07-31
CONTROL +	1	PG0370-200	2025-01	2026-07-31
WASH BUF 20x	1	W-1104	2024-12	2026-12-31
SOLN STOP	1	S-1035	2024-10	2026-10-31
SUB TMB	1	T-077	2022-09	2027-03-31
DIL	1	D-489	2024-10	2026-10-31

Component	OD Value	OD Validation Criteria
CONTROL -	0.012	< 0.200 < Cut-off
CUT OFF	0.750	0.150-1.300
CONTROL +	1.696	> Cut-off

Component	Target Value [NTU]	Target Range [NTU]
CONTROL +	21.47	11.81 - 31.12

Final Report issued: 2025-02-20

Approved by: _____

Quality Control

Approved on: 2025-02-20

Gold Standard Diagnostics Frankfurt GmbH
Waldstrasse 23 A6
63128 Dietzenbach, Germany

IBL International GmbH
Flughafenstrasse 52a, 22335 Hamburg
Germany