Quality Control Certificate

beta2-Glycoprotein 1 IgG ELISA

REF	LOT	
RE75051	26090134	2027-09-30 YYYY-MM-DD

Final Release Results:

	Conc.	Measured value	Acceptable range		
			lower limit	target value	upper limit
	U/mL	OD	OD	OD	OD
Calibrator A	0	0.069			< 0.100
Calibrator F	100	1.887	> 1.000		
CONTROL -	-	0.110			≤ 0.300
CONTROL +	-	1.094	≥ 0.500		≤ 1.600

	Validation criteria (manual)			
	Measured value	Acceptable range		
		lower limit	target value	upper limit
	U/mL	U/mL	U/mL	U/mL
CONTROL -	1.5			≤ 6.0
CONTROL +	41	26	40	54

Factor for qualitative assay evaluation	0.37

This product has been tested successfully by the Quality Control Department and was released for sale according to the existing specifications.

Verified by: Dr. Spangenberg

Accepted

Validation date: 2026-10-16

This document has been produced electronically and is valid without a signature.

IBL International GmbH
Flughafenstr. 52A, 22335 Hamburg, Germany

Tel.: + 49 (0) 40 532891 -0 Fax: -11
E-MAIL: ibl@tecan.com
WEB: www.tecan.com/ibl